

# Betriebsanweisung

nach GUV 0.1  
Geltungsbereich und Tätigkeiten

ARBEITSBEREICH: **MFZ 3.034**

VERANTWORTLICH: **IMCES**

## GERÄT

# Akoya PhenoCycler & Phenolmager

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Quetschungsgefahr an mechanisch gesteuerten Elementen
- Ggf. Gefahr durch giftige, reizende, brennbare Flüssigkeiten
- Ggf. Gefahr durch infektiöses und/oder genetisch verändertes biologisches Material

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Bedienungsanleitung beachten!
- Gerät ausschließlich nach umfassender Einweisung bedienen
- Bei offensichtlichen Beschädigungen des Gehäuses Gerät nicht in Betrieb nehmen
- Persönliche Schutzausrüstung tragen

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

- Schalten Sie das Gerät sofort aus (Hauptstromversorgung)
- Bei Verletzungen: Erste-Hilfe Maßnahmen durchführen

## VERHALTEN BEI UNFÄLLEN: ERSTE HILFE

**NOTRUF 112**

- Verbandkasten im Raum 3.030 aufsuchen und Wunden versorgen.
- Für Unterstützung Ersthelfer informieren: Prof. Winfried Siffert Tel: 0 201 723 3470
- Projektleiter über das Geschehen informieren: Dr. Mike Hasenberg 0 201 723 82365



### In Notfällen:

- **Betriebsärztlicher Dienst: Tel: 3480/3481**  
**Dr. med Beate Anna Streich**
- **Notfallteam Kinderklinik und auch Reanimationsteam Tel: 1001**

### In Brandfällen:

- **112 informieren**
- **Ggf. Personendusche nutzen**
- **Gebäude verlassen oder Feuerlöscher nutzen (neben Tür)**

## PRÜFUNGEN - INSTANDHALTUNG

- Das Gerät wird regelmäßig durch die Herstellerfirma gewartet und geprüft

English version in folder

Datum

28.10.2025